

## 作業開始前《重点》点検表

機械・装置名	回路計	機械番号		平成 年 月度			
ユニット	自動化システム製作（配線）	分類番号	EU302-0270-2				
点 検 項 目	点 検 内 容	日 付					
		点検者					
		確認者					
清掃状態	清掃がされている。						
本体	本体・リード棒に破損がない。						
指示部	指針が零を指している。						
電池	バッテリーテストにおいて、バッテリーが正常値である。						
抵抗測定	リード棒を短絡させると0Ωになる。						
(特記) 要注意・不良個所があれば必ず記入し、担当指導員に報告すること。							
(注意) 抵抗を測定する場合は、回路の電源をオフにすること。 電源が供給されている回路にテスター棒を当てた状態で、回路計のレンジを変更しないこと。 商用電源を測定する場合は、測定カテゴリ (CAT. III) を用いること。							

判定種別 良好：○ 不良：×